

Białystok dn. 14.06.2021

Zamawiający:

Okręgowy Urząd Miar  
w Białymstoku  
ul. Mikołaja Kopernika 89  
15-396 Białystok

**Odpowiedzi na pytania Wykonawcy**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na Zakup mobilnego stanowiska do sprawdzania wag preselekcyjnych.

W związku z pytaniami Wykonawcy do Zadanie nr 1 - Zakup i dostawa zestawu wag kontrolnych o dużych obciążeniach z małymi pomostami do wyznaczania nacisku koła/osi i masy całkowitej pojazdów, Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień:

- 1) Czy waga ma posiadać ocenę zgodności wystawioną przez producenta czy tylko możliwość legalizacji czyli posiadać Certyfikat umożliwiający legalizację ?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia „ Certyfikat Badania Typu UE lub Certyfikat Zatwierdzenia Typu WE lub Decyzję ZT, umożliwiającą legalizację wag w zakresie nacisku koła/osi i masy całkowitej pojazdu”. Waga musi posiadać ważną legalizację bądź ocenę zgodności (certyfikat oceny zgodności musi umożliwiać dalszą legalizację, musi być wydany przez jednostkę notyfikowaną UE – stan na rok 2021).

- 2) Maty: mowa jest tylko o ilości 8 sztuk i szerokości dopasowanej do szerokości platform, czy mogą to być maty jak w załączonym pliku ? Długość 990 mm. Czy maty mają być także wyposażone w najazdy (jeśli tak to jaka ilość)? Proszę o informację jak mają być używane owe maty. Idealny byłby nawet odręczny rysunek schematyczny.

Zgodnie ze specyfikacją techniczną (Załącznik nr 4A do SWZ) oferent ma zapewnić wyposażenie, w którego skład mają wchodzić kliny najazdowe i zjazdowe w ilości 20 sztuk dostosowana do szerokości wag oraz moduły (maty, pasy) poziomujące w ilości 8 sztuk dostosowane do szerokości wag.

**Dyrektor**

**Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku**

**Mirosław Stanisław Wnorowski**