

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY KOMPARATORA MASY

Sporządzony w dniu w

Komparator masy o obciążeniu $\geq 25,5$ kg, d = 10 mg

Marka, Typ,
nr fabryczny, rok produkcji

Przedstawiciele Odbiorcy:

.....
.....

Przedstawiciele Dostawcy:

.....

Dokonali/nie dokonali odbioru komparatora masy, nr fabryczny
..... dostarczonego na podstawie Umowy
Nr zawartej w dniu

Odbiór prowadzono w
Dostawca oświadcza, że konstrukcja i parametry spełniają wymogi obowiązujących norm i przepisów.

Komparator posiada niżej wskazane parametry:

Lp.	Opis	Tak / Nie
1.	Komparator fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany wyprodukowany w 2023 roku	
2.	Obciążenie maksymalne (Max) $\geq 25,5$ kg	
3.	Zakres sprawdzanych wzorców masy: wzorce wykonane zgodnie z OIML R111-1 o masie co najmniej: dla klasy M ₂ - 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg dla klasy M ₁ - 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg dla klasy F ₂ - 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg	

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5
do zaproszenia do składania oferty
na postępowanie nr 64/WO/2023

4.	Działka elementarna (rozdzielczość - d): nie mniej niż 0,01 g	
5.	Powtarzalność standardowa przy obciążeniu Max: nie większa niż 2 d	
6.	Zakres równoważenia elektrycznego: cały zakres pomiarowy	
7.	Czas stabilizacji wyniku pomiaru: nie dłużej niż 5 s	
8.	Adiustacja: dostępna dla użytkownika komparatora - zewnętrzna lub wewnętrzna	
9.	Urządzenie poziomujące: wskaźnik poziomu oraz urządzenie przeznaczone do wypoziomowania komparatora	
10.	Poprawność działania komparatora dla: - zakres temperatury pracy: + 10 °C ÷ + 40 °C - wilgotności względnej powietrza: 30 % ÷ 70 %	

Inne wymagania:

Lp.	Opis	Tak / Nie
1.	Odporność komparatora na działanie ładunków elektrostatycznych.	
2.	Wymiary szalki (pomostu) nie mniej niż 250 mm x 250 mm.	
3.	Instrukcja obsługi w języku polskim.	
4.	Komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu komparatora powinny być w języku polskim.	

Dostawa została wykonana w terminie:

- Tak*
 - Nie* – zastrzeżenia:
-

Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi:

- Tak*
 - Nie* – zastrzeżenia:
-

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami zaoferowanymi w ofercie:

- Zgodne*
 - Niezgodne* – zastrzeżenia:
-

* Niepotrzebne skreślić

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny*
- Negatywny* - zastrzeżenia:

Uwagi:

Część IV

Ustalenia końcowe.

1. Wykonawca oświadcza, że komparator masy został wykonany zgodnie z umową, jest kompletny, sprawny i jest zdolny do użycia zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wraz z odbieranym komparatorem masy Wykonawca dostarczył następujące dokumenty :
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)
3. Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

PRZEDSTAWICIEL DOSTAWCY

PRZEDSTAWICIEL ODBIORCY

.....

.....

* Niepotrzebne skreślić